



医療機関各位

2018年8月

バイエル薬品株式会社

安全管理責任者 甲斐 亨

「ミレーナ[®]52mg」使用期間（交換時期） 順守のお願い

謹啓 時下、先生におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、弊社並びに弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、子宮内黄体ホルモン放出システム「ミレーナ[®]52mg」は、2014年の過多月経・月経困難症の適応追加取得後に挿入された多くの患者様が、来年に使用期限である5年を迎えます。「ミレーナ[®]52mg」は、レボノルゲストレル放出子宮内システムとして1個を子宮腔内に装着する医薬品で、使用期間（交換時期）は5年と定められており、装着後は5年を超えないうちに除去又は交換することとされております。

つきましては、貴施設で「ミレーナ[®]52mg」をご使用いただいている患者様で、2014年の適応追加後に挿入した患者様には、装着後5年を超えないうちに受診いただき、本剤の除去又は交換などの処置を実施いただきますようお願いいたします。
なお、本剤の交換をされます患者様には、再装着後も定期的に受診いただくよう引き続きご指導をお願いいたします。

医療関係者の皆様におかれましては、「ミレーナ[®]52mg」の使用期間（交換時期）の順守に関して何卒ご理解を賜り、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
今後とも尚一層のご厚情を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

謹白